



<b>Sanitär-Installation</b>		<b>MEIKO</b>	<b>Bauseits</b>
B	Kaltwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 5-25°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
C	Warmwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 45-60°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
E	Ablauf TopLine40	Geruchsverschluss ø 110mm	Wandmuffe DN 100
<b>Elektro-Installation</b>			Anschlussdose und Hauptsicherung. Absicherung: 3x16A Die Schutzmaßnahmen sowie der Anschluss des Potentialausgleiches sind gemäß den Vorschriften der örtlichen EVUs sowie den örtlichen geltenden Vorschriften auszuführen (z.B.:VDE 0100 Teil 540/VDE 0100 Teil 710)
A	3N PE ~ 400V, 50Hz, 4,6KW		
Schutzart: IPX4. Hauptschalter. Anschlusskabel ca.15m.			
Anschlussmaße sind Toleranzen unterworfen.			
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Technische Änderungen vorbehalten.			



**MASCHINENBAU GMBH & CO. KG**  
**ENGLERSTR. 3 - 77652 OFFENBURG**  
**TEL. 0781/2030 - TELEFAX 0781/2031229**

A	rm 22.12.2006	rm 22.12.2006
Änd.	gezeichnet	geprüft

Betreff	Typ <b>TOPLINE40 DT-ND/V</b> <b>Dezentrale Dampfdesinfektion</b>		
	Proj.-Nr.		
	Zeichn.-Nr. <b>MTOP40-S206314</b>		A Index

Maßstab: 1:20	gezeichnet: rm	Datum: 21.01.2005	geprüft: rm	Datum: 20.01.2005
---------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------