



Sanitär-Installation		MEIKO	Bauseits
B	Kaltwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 5-25°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
C	Warmwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 45-60°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
E	Ablauf TopLine40	Geruchsverschluss ø 110mm	Bodenmuffe DN 100
F	Ablauf Ausguss	G 1 1/2"	Geruchsverschluss 1 1/2" - ø40/ø50 Bodenmuffe
H	Ablauf Handwaschbecken	G 1 1/2"	Geruchsverschluss 1 1/2" - ø40/ø50 Wandmuffe, Bohrung in der Schrankrückwand

Elektro-Installation		Anschlussdose und Hauptsicherung. Absicherung: 3x16A	
A 3N PE ~ 400V, 50Hz, 4,6KW		Die Schutzmaßnahmen sowie der Anschluss des Potentialausgleiches sind gemäß den Vorschriften der örtlichen EVUs sowie den örtlichen geltenden Vorschriften auszuführen (z.B.: VDE 0100 Teil 540/VDE 0100 Teil 710)	
Schutzart: IPX4. Hauptschalter. Anschlusskabel ca.15m.		Anschlussmaße sind Toleranzen unterworfen. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Technische Änderungen vorbehalten.	

	MASCHINENBAU GMBH & CO. KG		
	ENGLERSTR. 3 - 77652 OFFENBURG		
	TEL. 0781/2030 - TELEFAX 0781/2031229	Änd.	gezeichnet
		geprüft	

Betreff	Typ	SAN19B/TOPLINE40 DT-ND/V Dezentrale Dampfdesinfektion	
	Proj.-Nr.		
	Zeichn.-Nr.	MTOP40-S212413	Index

Maßstab: 1:20	gezeichnet: rm	Datum: 26.11.2008	geprüft: rm	Datum: 26.11.2008
---------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------