



Sanitär-Installation		MEIKO	Bauseits
B	Kaltwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 5-25°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
C	Warmwasser	R 1/2" Schmutzfänger	Zuleitung DN 15. Absperrventile, 45-60°C. Durchfluss: >18ltr/min., Fließdruck: >1 bar
E	Ablauf TopLine40	Geruchsverschluss ø 110mm	Wandmuffe DN 100
F	Ablauf Ausguss	G 1 1/2"	Geruchsverschluss 1 1/2" - ø40/ø50 Wandmuffe
H	Ablauf Handwaschbecken	G 1 1/2"	Geruchsverschluss 1 1/2" - ø40/ø50 Wandmuffe, Bohrung in der Schrankrückwand

Elektro-Installation		Anschlussdosen und Hauptsicherung. Absicherung: 3x16A	
A		Die Schutzmaßnahmen sowie der Anschluss des Potentialausgleiches sind gemäß den Vorschriften der örtlichen EVUs sowie den örtlichen geltenden Vorschriften auszuführen (z.B.: VDE 0100 Teil 540/VDE 0100 Teil 710)	
Schutzart: IPX4. Hauptschalter. Anschlusskabel ca.15m.		Anschlussmaße sind Toleranzen unterworfen.	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Technische Änderungen vorbehalten.			

	MASCHINENBAU GMBH & CO. KG ENGLERSTR. 3 - 77652 OFFENBURG TEL. 0781/2030 - TELEFAX 0781/2031229			
	A	rm	02.01.2007	rm
And.		gezeichnet	geprüft	

Betreff	Typ	SAN19B/TOPLINE40 DT-ND/V Dezentrale Dampfdesinfektion	
	Proj.-Nr.		
	Zeichn.-Nr.	MTOP40-S212813	A Index

Maßstab: 1:20	gezeichnet: rm	Datum: 24.01.2005	geprüft: rm	Datum: 24.01.2005
---------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------